

Riesgo quirúrgico en paciente MADIT II – 2003

Dr. Diego Mecca

Desearía hacer una pregunta al foro o a quién tenga la respuesta:

Paciente de 73 años de edad que desea hacerse una prostatectomía endoscópica con láser y vaporización, con antecedentes previos de adenoma benigno posiblemente una recurrencia del mismo, y aquí va la pregunta: este paciente tiene un cardiodesfibrilador implantado por una muerte súbita que tuvo como consecuencia de un segundo infarto de cara anterior.

¿Hay alguna contraindicación para esta cirugía, sabiendo que al usarse este tipo de instrumental con descargas como el electrobisturí puedan causar algún desgaste en el equipo que tiene implantado? Bueno, espero a ver sido lo bastante claro con mi pregunta y espero recibir respuestas favorables.-

Un Saludo

Diego Mecca

OPINIONES DE COLEGAS

Queridos amigos:

Respecto a la consulta enviada por Diego Mecca, aunque quizás ya se haya resuelto la situación del paciente, envío la opinión que brinda el bioingeniero Miguel Angel Constanzo.

"... lo que se aconseja es que antes de la cirugía un cardiólogo y un técnico "desactiven" el CDI. Esto es para evitar interferencias del electrobisturí (que podrían descargar un choque espurio).

Una vez terminado el procedimiento, se reactiva el CDI...y listo. No hay posibilidad de daño permanente"

Un abrazo

Edgardo Schapachnik